

正本



UNT2301004-17

检验检测报告

No. UNT2301004-17 (A)

地下水(磷、BOD、烷基汞)

| | |
|-------|--------------|
| 项目名称: | 例行检测项目 |
| 委托单位: | 潍坊博锐环境保护有限公司 |
| 检测类别: | 委托检测 |
| 报告日期: | 2023.05.31 |



潍坊优特检测服务有限公司



一 检测信息

| | | | |
|---|---|------|--------------|
| 委托单位 | 潍坊博锐环境保护有限公司 | 受检单位 | 潍坊博锐环境保护有限公司 |
| 联系人 | 张延国 | 联系方式 | 13953623459 |
| 项目地址 | 潍坊市寒亭区北海工业园海泥路以西、海林西路以东、珠江西一街以北、珠江西二街以南 | 采样日期 | 2023-05-22 |
| 2023.05.22 日入厂检测，经核实厂内地下水井 C1、C2、C3、C7 井内无地下水，地下水检测无法采样 | | | |

二 检测点位、检测项目、检测频次及样品状态

本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见下表。

检测一览表

| 序号 | 样品类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 样品状态 |
|----|------|------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 1 | 地下水 | C4 | 总磷（以 P 计）、烷基汞、五日生化需氧量 | 检测 1 天 1 次/天 | 无色无味无浮油液体 |
| 2 | | C5 | | | 无色无味无浮油液体 |
| 3 | | C6 | | | 无色无味无浮油液体 |

三 检测项目、方法及检出限

本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见下表。

检测项目、方法及检出限

| 样品类别 | 检测项目 | 分析方法依据 | 检出限 |
|------|-----------|--|---------------|
| 地下水 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
| | 总磷（以 P 计） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L |
| | 烷基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993 | 0.000010 mg/L |

四 检测结果

地下水检测结果表

| 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | | |
|------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | C4 | C5 | C6 |
| 2023.05.22 | 样品编码 | UNT2301004-11 090101 | UNT2301004-11 100101 | UNT2301004-11 110101 |
| | 五日生化需氧量(mg/L) | 9.9 | 4.0 | 6.0 |
| | 烷基汞(mg/L) | 0.000010L | 0.000010L | 0.000010L |
| | 总磷 (以 P 计) (mg/L) | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| 备注 | 无 | | | |

五 检测质量保证和质量控制

- 1、检测人员均经考核合格后发放上岗证书。
- 2、检测所用仪器设备均经计量部门检定（或校准）合格后使用，且均在有效周期内。
- 3、现场采样过程中严格按照方法要求合理布设检测点位，保证采样的规范性、科学性和代表性。
- 4、检测过程中所用分析方法均选用国家颁发的标准（或推荐）检测方法。检测过程中严格按照国家颁发的相关环境检测标准、方法、规范，实施全过程质量控制。
- 5、检测数据严格执行三级审核制度，检测报告经授权签字人签字授权后发放。

报告编制：

张环环

报告审核：

张环环

报告批准：

张环环

批准日期：


2023.05.31



主要仪器设备信息一览表

| 仪器名称 | 型号 | 仪器编号 |
|-----------|------------|------------|
| 立式压力蒸汽灭菌锅 | LDZX-50FBS | UNT-YQ-055 |
| 紫外可见分光光度计 | L6S | UNT-YQ-706 |
| 生化培养箱 | LRH-250A | UNT-YQ-051 |
| 溶解氧测定仪 | JPSJ-605 | UNT-YQ-487 |
| 气相色谱仪 | 安捷伦 7890B | UNT-YQ-083 |

无组织、地下水检测点位示意图



*****报告结束*****

报 告 声 明

- 1.本报告不加盖资质认定标志（CMA），不具备对社会的证明作用，仅做科研、教学以及内部使用。
- 2.报告无编制人、审核人、批准人签字无效。报告无我单位“检测专用章”、无骑缝章无效。
- 3.报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
- 4.我单位出具的报告项目号具有唯一性，“#”为替换报告；报告正文中。加“*”表示本项目为委外检测，“ND”表示检测结果低于检测方法的检出限，水和废水检测的测定结果低于分析方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并加标志位“L”；检测报告中排气筒高度信息由委托单位提供。
- 5.对于委托单位自行送样检测的项目，我单位仅对来样检测数据负责，送样样品信息的真实性由委托单位负责。
- 6.若使用我单位报告用于宣传等其他目的，须经我单位许可。
- 7.我单位检测结果报告仅对当次样品有效。
- 8.我单位检测报告向客户发放“正本”，“副本”由我单位进行存档。
- 9.对本报告若有异议，请于收到检测报告之日起十五日内，向我单位提出，逾期不予受理。
- 10.对于送样委托检测收到本报告一个月内，可凭我单位检测委托单领取样品，否则，按我单位规定予以处理。



联系方式:

地址：潍坊经济开发区玄武东街 399 号高速仁和盛庭仁和大厦 311

检验地址：山东省潍坊市寒亭区民主街 2009 号寒亭高新技术产业园 6 座 3 楼

业务电话：0536-8981150 8981160

邮编：261031

E-mail: wfytc2015@163.com

